



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016 Folha: 1 Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

Gascat Indústria e Comércio Ltda / Laboratório de Vazão

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO
----------------	--------------------

CRL 1367	INSTALAÇÃO PERMANENTE
----------	-----------------------

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
-----------------------------	--	--------------------------

Programa de Metrologia Legal: supervisão metrológica.		
<u>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE</u>	<u>ENSAIOS MECÂNICOS</u>	
MEDIDORES TIPO ROTATIVO E TIPO TURBINA UTILIZADOS NAS MEDIÇÕES DE GASES.	Ensaio de desempenho Faixa (vazão): 0,4 m³/h até 4000 m³/h Exame visual de correspondência ao modelo aprovado.	Portaria Inmetro nº 114:1997 - Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo: Item 5.2 Itens 6 e 7
XXXXX	XXXXX	XXXXX

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

_____ Em, 28/03/2023