

**ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO**

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

POP-5.4-11 – Ensaio de performance em bomba de amostragem de ar. RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

DPUNION Instrumentação Analítica e Científica Ltda

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1746	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<b>MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE</b>	<b>ENSAIOS MECÂNICOS</b>	
BOMBAS DE AMOSTRAGEM DE AR	Ensaio de performance Parâmetros: Verificação da estabilidade da vazão em função do tempo Faixa: 1 L/min até 4 L/min (1000 cc/min até 4000 cc/min)  Verificação do controle da vazão em função da pressão Faixa: 1 L/min até 4 L/min (1000 cc/min até 4000 cc/min) para pressão até 50 polca	POP-5.4-11
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

*“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”*

---

Em, 22/06/2023